



АО «Интергаз Центральная Азия»

Приложение

Номер лота:

Наименование лота: Поверочная газовая смесь для УМГ "Уральск"

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Технические характеристики товара	Единица измерения	Количество	Прогноз местного содержания, %	Заполняется потенциальным поставщиком									
						Условное обозначение/ марка/ модель/тип - товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Стандарты или нормативные технические документы используемые при изготовлении товара заводом-изготовителем	Полное наименование с обязательным указанием правовой формы организационной структуры завода-изготовителя товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Юридический адрес и контактные данные завода изготовителя предлагаемого потенциальным поставщиком	Страна происхождения товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Год изготовления товара предлагаемого потенциальным поставщиком	Сроки поставки товара предлагаемые потенциальным поставщиком	Гарантийный срок на товар предлагаемый потенциальным поставщиком	Доля местного содержания, %	Документ подтверждающий качество товара при поставке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Поверочная газовая смесь	Состав смеси - метан-воздух; Содержание определяющего компонента - 1 %, емкость баллона - 5 л; Реестровый №ГСО-3905; ТУ 6-16-2956-01; Метрологические требования - Наличие ГСО в реестре РК или в реестре МСО	БАЛ	6,000	100,00										

Бюджет закупки (в тенге без НДС):

990 000,000

1 Место поставки Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.Ружейникова, д. №1/4 склад БМТО УМГ "Уральск"

2 Срок поставки В течение 60 календарных дней со дня подписания договора

3 Гарантийный срок на товар, предлагаемый потенциальным поставщиком, не менее 12 месяцев

4 Год изготовления товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не ранее 2015 года

5 Состояние товара, предлагаемого потенциальным поставщиком

НОВЫЙ

Заместитель директора филиала

Хамзин Р.М.

Начальник отдела КИПиА и метрологии

Табенов А.Ж.

Начальник отдела экономики и бюджета

Демушова Т.Г.

Начальник отдела мониторинга контрактов и тендерных процедур

Искалиев Т.М.

Начальник отдела снабжения

Яковенко Г.А.

Примечание:

1. Графы 7-16 Технической спецификации должны заполняться потенциальным Поставщиком в обязательном порядке.

2. Информация указанная потенциальным поставщиком в графах 7 – 16 технической спецификации должна соответствовать документам прилагаемым потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки. При не соответствии информации указанной в графах 7 – 16 технической спецификации к прилагаемым документам от потенциального